



pomiędzy człowiekiem a naturą

ul. Leśników 2 | 73-220 Drawno | tel. (95) 768 20 51, 768 20 52 | fax. (95) 768 25 10 | www.dpn.pl |
e-mail: dpn@dpn.pl

ODPOWIEDŹ

W dniu 1 lipca 2019 r. wpłynęło zapytanie dotyczące specyfikacji technicznej zakupu mikroskopów będących przedmiotem „Zaproszenia do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „Zakup mikroskopów”.

Treść zapytania jest następująca:

1. Czy Zamawiający wymaga mikroskopu z wyskalowanym mechanizmem przesuwu preparatu?
2. Czy Zamawiający wymaga aby zestaw preparacyjny posiadał narzędzia wykonane z solidniejszych materiałów, składający się z następujących narzędzi:
 - igła preparacyjna (czarny plastikowy uchwyt, chromowana stalowa igła) - 1 szt.
 - stalowa pęseta zakończona ostro (13 cm, stal nierdzewna) - 1 szt.
 - stalowe nożyczki sekcyjne zakończone ostro (11 cm) - 1 szt.
 - stalowy skalpel (uchwyt do montażu ostrzy) - 1 szt.
 - ostrza skalpela (do montażu w uchwycie skalpela) - 2 szt.
 - plastikowa pipeta Pasteura o pojemności 1 cm³ - 1 szt.
 - plastikowa okrągłodenna probówka z korkiem - 1 szt.
 - Mikrotom ręczny (tzw. gilotynka).
3. Czy Zamawiający wymaga, aby mikroskop posiadał zestaw achromatycznych obiektywów 4x, 10x, 20x, 40x w czterogniazdowej misce rewolwerowej?
4. Czy Zamawiający wymaga, aby mikroskop posiadał współosiowe pokrętła ogniskowania mikro/makro?

Drawieński Park Narodowy informuje, że wymaga, aby mikroskop posiadał w/w rozwiązanie techniczne.

5. Czy Zamawiający dopuści mikroskop tylko z oświetleniem przechodzącym?
6. Czy Zamawiający dopuszcza mikroskop z dotykowym wyświetlaczem LCD o przekątnej 4,3"?
7. Czy Zamawiający dopuszcza mikroskop z odmiennym zestawem gotowych preparatów trwałych, barwionych, do obserwacji w świetle przechodzącym niż podany w specyfikacji?
8. Czy Zamawiający dopuszcza mikroskop bez "Zestawu eksperymentalnego do hodowli drobnych organizmów wodnych np. oczlików, dafni"?

Drawieński Park Narodowy informuje, że nie udziela zgody na odstępstwa od specyfikacji technicznej zamieszczonej w w/w Zaproszeniu.

Zastępca Dyrektora
Drawieńskiego Parku Narodowego
M. Górna
dr inż. Małgorzata Górna
2.07.2019r.

